

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai CRP untuk waktu penyimpanan serum selama 7 hari dan 8 hari pada suhu refrigerator 4°C.

5.2 Saran

1. Berdasarkan penelitian ini sampel untuk pemeriksaan CRP dapat disimpan selama 7 hari dan 8 hari pada suhu kulkas 2-8°C.
2. Lakukan penelitian selanjutnya selama 2 minggu pada suhu -20°C