

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan pada seluruh sampel pasien di Laboratorium UPTD Puskesmas Rawat Inap Situ didapatkan hasil :

1. Diperoleh nilai Sig. sebesar 0,371 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap hasil jumlah trombosit berdasarkan suhu penyimpanan sampel darah EDTA metode hematologi analyzer
2. Diperoleh nilai Sig. sebesar 0,442 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap hasil jumlah trombosit berdasarkan waktu penyimpanan sampel darah EDTA metode hematologi analyzer

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemeriksaan jumlah trombosit setelah diberikan perlakuan variasi waktu penundaan dan suhu penyimpanan.

5.2 Saran

Diharapkan dapat melakukan pemeriksaan jumlah trombosit dengan teliti dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti pengambilan spesimen, pengelolaan dan penyimpanan

juga kondisi alat yang digunakan untuk pemeriksaan. Diharapkan pemeriksaan juga dilakukan sesegera mungkin agar hasil yang didapatkan lebih akurat.