

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Nilai rata – rata kadar kreatinin pada serum 8,29 mg/dL dan nilai rata – rata kadar kreatinin pada sampel plasma heparin 8.21 md/dL.dan hasil uji statistik dengan uji independent sample T test di dapat nilai sig sebesar 0,984 ($p\text{-value} \geq 0,05$) Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima atau tidak terdapat perbedaan rata-rata kadar kreatinin pada sampel serum dan plasma Heparin.

5.2 Saran

Pemeriksaan kadar kreatinin dapat diperiksa dengan menggunakan sampel serum maupun plasma heparin karena tidak ada perbedaan kadar kreatinin sampel serum maupun plasma heparin. Namun jika terkendala dalam biaya maka disarankan menggunakan sampel serum.